

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Югорский государственный университет»


Центр коллективного пользования научным оборудованием
(Код формы: Ф.2.6.10.2015, Редакция №2)

Юридический адрес: 628012, Тюменская область,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, 1 учебный
корпус Комплекса зданий ВУЗов (литера А)
Телефоны: 8(3467)357-673

Аттестат аккредитации Центра коллективного
пользования научным оборудованием
№ РОСС RU.0001.515856 от 25.11.2014 г.
Дата внесения в Реестр аккредитованных лиц
16.10.2014 г.

Общее количество листов: 2 лист 1

УТВЕРЖДАЮ



И.о. директора ЦКПНО

М.П. Золотов

«10» ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ № 702В/21

от «10» ноября 2021 г.

Заказчик (наименование предприятия): Муниципальное бюджетное учреждение «Управление
хозяйством Невьянского городского округа»

Адрес заказчика г. Невьянск, ул. Ленина 11

Место отбора пробы: Точка №1. Полигон ТКО

Наименование пробы: Атмосферный воздух

Шифр пробы: 702В/21

Акт отбора пробы (№): 702В/21

Дата отбора пробы: 03.11.2021 г.

Дата поступления пробы: -


Дата проведения анализа: 03.11.2021 г.

Цель анализа: Производственный экологический контроль

Результаты:

Показатель	Результат исследования	Ед. изм.	Погрешность (расширенная неопределенность)	Гигиенический норматив	Методика анализа
Аммиак	< 0,024	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2009.06144
Бензол	< 0,06	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2009.06144
Метан	< 30	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2009.06144
Углерода оксид	< 1,8	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2009.06144
Хлорбензол	< 0,05	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2012.12312

Комментарии к полученным результатам: -

Заведующий лабораторией: Золотов М.П. / 
ФИО подпись

Протокол подготовил: Золотов М.П. / 
ФИО подпись

Результаты анализов относятся только к данной пробе, представленной в настоящем протоколе.
Копирование Протокола разрешается с ведома Заказчика или Исполнителя.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Югорский государственный университет»
Центр коллективного пользования научным оборудованием
(Код формы: Ф.2.6.10.2015, Редакция №2)**

Юридический адрес: 628012, Тюменская область,
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16, 1 учебный
корпус Комплекса зданий ВУЗов (литера А)
Телефоны: 8(3467)357-673

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ЦКП НО

М.П. Золотов



«10» ноября 2021 г.

Общее количество листов: 2 лист 2

**ПРОТОКОЛ № 702В/21-1
от «10» ноября 2021 г.**

Заказчик (наименование предприятия): Муниципальное бюджетное учреждение «Управление хозяйством Невьянского городского округа»

Адрес заказчика: г. Невьянск, ул. Ленина 11
Место отбора пробы: Точка №1. Полигон ТКО

Наименование пробы: Атмосферный воздух

Шифр пробы: 702В/21-1

Акт отбора пробы (№): 702В/21-1

Дата отбора пробы: 03.11.2021 г.

Дата поступления пробы: -

Дата проведения анализа: 03.11.2021 г.


Цель анализа: Производственный экологический контроль

Результаты:

Показатель	Результат исследования	Ед. изм.	Погрешность (расширенная неопределенность)	Гигиенический норматив	Методика анализа
Трихлорметан	0,002	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2012.12312
Четыреххлористый углерод	< 4,0	мг/м ³	-	-	ФР.1.31.2012.12312

Комментарии к полученным результатам: -

Заведующий лабораторией: Золотов М.П. / 
ФИО подпись

Протокол подготовил: Золотов М.П. / 
ФИО подпись

Результаты анализов относятся только к данной пробе, представленной в настоящем протоколе.
Копирование Протокола разрешается с ведома Заказчика или Исполнителя.